

불필요한 검사나 수술은 하지 않는 병원
친절하고 설명 잘해주는 병원

2021년도 제1차 임시(서면)

2021. 4. 2. (금)

2021년도 제1차 임시(서면) 의료장비심의위원회 상정안건



|| 목 차 ||

I. 보고안건 1

1. 2021년도 제1차 정기(서면) 의료장비심의위원회('21. 1. 29.) 결과 보고 3

II. 심의안건 7

1. 의료장비(의료용면역발광측정장치) 임대 심의안 9

의료장비심의위원회 상정안

2021년도 제1차 임시(서면) 의료장비심의위원회	
제출일자	2021년 4월 2일
보고안건	제2021-4호 2021년도 제1차 정기(서면) 의료장비심의위원회(“21. 1. 29.) 결과 보고
심의안건	제2021-5호 의료장비(의료용면역발광측정장치) 임대 심의안
비 고	「의료장비심의위원회 지침」 제2조(기능) 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다. 1. 중장기 장비 확충 계획의 수립 및 조정에 관한 사항 2. 장비 수량, 기종 선정 및 규격 결정에 관한 사항 3. 장비관리 및 활용계획에 관한 사항 4. 장비예산 심의에 관한 사항 5. 주요 장비의 결정에 관한 사항 6. 장비 심의 기준에 관한 사항 7. 그 밖에 원장이 필요하다고 인정하는 장비 운영에 필요한 사항 「의료장비심의위원회 지침」 제5조(회의)① 위원회는 정기회와 임시회로 구분하고, 정기회는 매년 1회 개최하며, 임시회는 원장, 위원장 또는 재적위원 3분의1 이상의 요구가 있을 경우에 소집한다. ② 위원회는 재적위원 3분의2 이상의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하고, 가부동수인 경우 위원장이 결정한다. ③ 회의는 공개를 원칙으로 하되, 위원장이 필요하다고 인정할 때에는 비공개로 할 수 있다. 다만, 위원회 의결을 요하는 사항 중 원장 또는 위원장이 경미하다고 인정하거나 긴급을 요한 사유가 있다고 인정하는 사항에 대하여는 서면으로 의결할 수 있다. ④ 위원장은 필요하다고 인정할 때에는 관계 직원에게 출석과 의견청취 또는 자료제출을 요구할 수 있다. ⑤ 위원회에 참석한 외부위원에게 정부 「예산 및 기금운용계획 집행지침」의 관련 규정을 준용하여 참석비를 지급할 수 있다.

I . 보고안건



의 안 번 호	제2021-4호
심의년월일	2021년 4월 2일

보고안건

2021년도 제1차 정기(서면) 의료장비심의위원회('21. 1. 29.)
결과 보고

2021년도 제1차 임시(서면) 의료장비심의위원회 상정안건

제 출 자	김 석 기 (진료부장)
제출년월일	2021년 4월 2일

2021년도 제1차 정기(서면) 의료장비심의위원회('21. 1. 29.) 결과 보고

의안 번호	제2021-4호
----------	----------

제출년월일 : 2021년 4월 2일

제 출 자 : 진료부장

보 고 자 : 총무과장

1. 보고이유

- 지난 '21. 1. 29일에 개최한 2021년도 제1차 정기(서면) 의료장비심의위원회 상정안건에 대한 의결 후 처리결과를 보고함.

2. 보고내용

- 2021년도 제1차 정기(서면) 의료장비심의위원회 처리결과 현황

의안번호	제목(건명)	심의결정사항	비고
제2021-1호	2020년도 의료기기 안전관리 결과보고	재적위원 11명 중 8명 찬성으로 원안 접수	
제2021-2호	2021년도 의료기기 안전관리 계획 심의안	재적위원 11명 중 8명 찬성으로 원안 심의결정	
제2021-3호	고정자산(의료장비) 불용처분 결정 심의안	재적위원 11명 중 8명 찬성으로 원안 심의결정	

※ 붙임 : 2021년도 제1차 정기(서면) 의료장비심의위원회('21. 1. 29.) 결과 보고

의안 번호	제목(건명)	심의결정사항	비고																																																																
제2021-1호	2020년도 의료 기기 안전관리 결과보고	< 상정내용 > ○ 2020년도 의료기기 안전관리에 따른 처리결과 보고 <table><tr><th>구 분</th><th>명 칭</th><th>목 표</th><th>달성횟수</th><th>달성률</th><th>비고</th></tr><tr><td>1. 의료장비심의위원회</td><td>○ 의료장비심의위원회 개최 횟수</td><td>4회</td><td>5</td><td>125%</td><td></td></tr><tr><td>2. 의료장비 안전관리 담당자 역할 수행</td><td>○ 의료장비 안전관리 담당자 역할 수행 횟수</td><td>수시</td><td>수시</td><td>100%</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">3. 의료기기 목록관리</td><td>○ 의료기기 관리대상 점검 횟수</td><td>1회</td><td>1</td><td>100%</td><td></td></tr><tr><td>○ 의료기기 관리대상 목록 갱신 횟수</td><td>수시</td><td>수시</td><td>100%</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">4. 의료기기 예방점검</td><td>○ 정기점검 횟수</td><td>1회</td><td>1</td><td>100%</td><td></td></tr><tr><td>○ 일상점검 횟수</td><td>수시</td><td>수시</td><td>100%</td><td></td></tr><tr><td>5. 의료기기 회수절차</td><td>○ 의료기기 회수 횟수</td><td>수시</td><td>"해당사항 없음"</td><td>0회당</td><td></td></tr><tr><td>6. 의료기기 사용자 교육</td><td>○ 의료기기 사용자 교육 횟수</td><td>4</td><td>7</td><td>175%</td><td></td></tr><tr><td>7. 의료기기 부작용, 안전관련 사건/ 사고의 보고 및 조치 절차</td><td>○ 의료기기 부작용, 안전관련 사건 /사고의 보고 및 조치 횟수</td><td>수시</td><td>"해당사항 없음"</td><td>0회당</td><td></td></tr><tr><td>8. 고위험의료기기 관련 운영보고</td><td>○ 고위험의료기기 관련 운영보고 횟수</td><td>1</td><td>2</td><td>200%</td><td></td></tr></table> < 심의결정사항 > ○ 재적위원 11명 중 8명 찬성으로 원안 접수	구 분	명 칭	목 표	달성횟수	달성률	비고	1. 의료장비심의위원회	○ 의료장비심의위원회 개최 횟수	4회	5	125%		2. 의료장비 안전관리 담당자 역할 수행	○ 의료장비 안전관리 담당자 역할 수행 횟수	수시	수시	100%		3. 의료기기 목록관리	○ 의료기기 관리대상 점검 횟수	1회	1	100%		○ 의료기기 관리대상 목록 갱신 횟수	수시	수시	100%		4. 의료기기 예방점검	○ 정기점검 횟수	1회	1	100%		○ 일상점검 횟수	수시	수시	100%		5. 의료기기 회수절차	○ 의료기기 회수 횟수	수시	"해당사항 없음"	0회당		6. 의료기기 사용자 교육	○ 의료기기 사용자 교육 횟수	4	7	175%		7. 의료기기 부작용, 안전관련 사건/ 사고의 보고 및 조치 절차	○ 의료기기 부작용, 안전관련 사건 /사고의 보고 및 조치 횟수	수시	"해당사항 없음"	0회당		8. 고위험의료기기 관련 운영보고	○ 고위험의료기기 관련 운영보고 횟수	1	2	200%		
구 분	명 칭	목 표	달성횟수	달성률	비고																																																														
1. 의료장비심의위원회	○ 의료장비심의위원회 개최 횟수	4회	5	125%																																																															
2. 의료장비 안전관리 담당자 역할 수행	○ 의료장비 안전관리 담당자 역할 수행 횟수	수시	수시	100%																																																															
3. 의료기기 목록관리	○ 의료기기 관리대상 점검 횟수	1회	1	100%																																																															
	○ 의료기기 관리대상 목록 갱신 횟수	수시	수시	100%																																																															
4. 의료기기 예방점검	○ 정기점검 횟수	1회	1	100%																																																															
	○ 일상점검 횟수	수시	수시	100%																																																															
5. 의료기기 회수절차	○ 의료기기 회수 횟수	수시	"해당사항 없음"	0회당																																																															
6. 의료기기 사용자 교육	○ 의료기기 사용자 교육 횟수	4	7	175%																																																															
7. 의료기기 부작용, 안전관련 사건/ 사고의 보고 및 조치 절차	○ 의료기기 부작용, 안전관련 사건 /사고의 보고 및 조치 횟수	수시	"해당사항 없음"	0회당																																																															
8. 고위험의료기기 관련 운영보고	○ 고위험의료기기 관련 운영보고 횟수	1	2	200%																																																															
제2021-2호	2021년도 의료 기기 안전관리 계획 심의안	< 상정내용 > ○ 2021년도 의료기기 안전관리 계획 심의 <table><tr><th>구 분</th><th>명 칭</th><th>단 위</th><th>2020년 실적</th><th>2021년 목표</th><th>비고</th></tr><tr><td>1. 의료장비심의위원회</td><td>○ 의료장비심의위원회 개최 횟수</td><td>회</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>2. 의료장비 안전관리 담당자 역할 수행</td><td>○ 의료장비 안전관리 담당자 역할 수행 횟수</td><td>회</td><td>수시</td><td>수시</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">3. 의료기기 목록관리</td><td>○ 의료기기 관리대상 점검 횟수</td><td>회</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>○ 의료기기 관리대상 목록 갱신 횟수</td><td>회</td><td>수시</td><td>수시</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">4. 의료기기 예방점검</td><td>○ 정기점검 횟수</td><td>회</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>○ 일상점검 횟수</td><td>회</td><td>수시</td><td>수시</td><td></td></tr><tr><td>5. 의료기기 회수절차</td><td>○ 의료기기 회수 횟수</td><td>회</td><td>"해당사항 없음"</td><td>수시</td><td></td></tr><tr><td>6. 의료기기 사용자 교육</td><td>○ 의료기기 사용자 교육 횟수</td><td>회</td><td>7</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>7. 의료기기 부작용, 안전관련 사건/ 사고의 보고 및 조치 절차</td><td>○ 의료기기 부작용, 안전관련 사건 /사고의 보고 및 조치 횟수</td><td>회</td><td>"해당사항 없음"</td><td>수시</td><td></td></tr><tr><td>8. 고위험의료기기 관련 운영보고</td><td>○ 고위험의료기기 관련 운영보고 횟수</td><td>회</td><td>2</td><td>1</td><td></td></tr></table> < 심의결정사항 > ○ 재적위원 11명 중 8명 찬성으로 원안 심의결정	구 분	명 칭	단 위	2020년 실적	2021년 목표	비고	1. 의료장비심의위원회	○ 의료장비심의위원회 개최 횟수	회	5	4		2. 의료장비 안전관리 담당자 역할 수행	○ 의료장비 안전관리 담당자 역할 수행 횟수	회	수시	수시		3. 의료기기 목록관리	○ 의료기기 관리대상 점검 횟수	회	1	1		○ 의료기기 관리대상 목록 갱신 횟수	회	수시	수시		4. 의료기기 예방점검	○ 정기점검 횟수	회	1	1		○ 일상점검 횟수	회	수시	수시		5. 의료기기 회수절차	○ 의료기기 회수 횟수	회	"해당사항 없음"	수시		6. 의료기기 사용자 교육	○ 의료기기 사용자 교육 횟수	회	7	4		7. 의료기기 부작용, 안전관련 사건/ 사고의 보고 및 조치 절차	○ 의료기기 부작용, 안전관련 사건 /사고의 보고 및 조치 횟수	회	"해당사항 없음"	수시		8. 고위험의료기기 관련 운영보고	○ 고위험의료기기 관련 운영보고 횟수	회	2	1		
구 분	명 칭	단 위	2020년 실적	2021년 목표	비고																																																														
1. 의료장비심의위원회	○ 의료장비심의위원회 개최 횟수	회	5	4																																																															
2. 의료장비 안전관리 담당자 역할 수행	○ 의료장비 안전관리 담당자 역할 수행 횟수	회	수시	수시																																																															
3. 의료기기 목록관리	○ 의료기기 관리대상 점검 횟수	회	1	1																																																															
	○ 의료기기 관리대상 목록 갱신 횟수	회	수시	수시																																																															
4. 의료기기 예방점검	○ 정기점검 횟수	회	1	1																																																															
	○ 일상점검 횟수	회	수시	수시																																																															
5. 의료기기 회수절차	○ 의료기기 회수 횟수	회	"해당사항 없음"	수시																																																															
6. 의료기기 사용자 교육	○ 의료기기 사용자 교육 횟수	회	7	4																																																															
7. 의료기기 부작용, 안전관련 사건/ 사고의 보고 및 조치 절차	○ 의료기기 부작용, 안전관련 사건 /사고의 보고 및 조치 횟수	회	"해당사항 없음"	수시																																																															
8. 고위험의료기기 관련 운영보고	○ 고위험의료기기 관련 운영보고 횟수	회	2	1																																																															
제2021-3호	고정자산(의료 장비) 불용처분 결정 심의안	< 상정내용 > ○ 고정자산 불용처분 결정 <table><tr><th>구 분</th><th>품목수</th><th>구입년도</th><th>구입금액</th><th>장부가액</th><th>불용결정사 유</th></tr><tr><td colspan="3">합 계</td><td>981,641,548</td><td>81,000</td><td></td></tr><tr><td>구입금액 1억원 이상</td><td>의료장비</td><td>4종 4품목</td><td>2003 ~ 2012</td><td>633,800,000</td><td>4,000</td><td>장비 노후화 및 내용연수 경과</td></tr><tr><td>구입금액 1억원 미만</td><td>의료장비</td><td>34종 77품목</td><td>2002 ~ 2012</td><td>347,841,548</td><td>77,000</td><td>장비 노후화 및 내용연수 경과</td></tr></table> < 심의결정사항 > ○ 재적위원 11명 중 8명 찬성으로 원안 심의결정	구 분	품목수	구입년도	구입금액	장부가액	불용결정사 유	합 계			981,641,548	81,000		구입금액 1억원 이상	의료장비	4종 4품목	2003 ~ 2012	633,800,000	4,000	장비 노후화 및 내용연수 경과	구입금액 1억원 미만	의료장비	34종 77품목	2002 ~ 2012	347,841,548	77,000	장비 노후화 및 내용연수 경과																																							
구 분	품목수	구입년도	구입금액	장부가액	불용결정사 유																																																														
합 계			981,641,548	81,000																																																															
구입금액 1억원 이상	의료장비	4종 4품목	2003 ~ 2012	633,800,000	4,000	장비 노후화 및 내용연수 경과																																																													
구입금액 1억원 미만	의료장비	34종 77품목	2002 ~ 2012	347,841,548	77,000	장비 노후화 및 내용연수 경과																																																													

Ⅱ. 심의안건



의 안 번 호	제2021-5호
심의년월일	2021년 4월 2일

심 의 안 건

의료장비(의료용면역발광측정장치) 임대 심의안

2021년도 제1차 임시(서면) 의료장비심의위원회 상정안건

제 출 자	김 석 기 (진료부장)
제출년월일	2021년 4월 2일

의료장비(의료용면역발광측정장치) 임대 심의안

의안 번호	제2021-5호
----------	----------

제출년월일 : 2021년 4월 2일

제출자 : 진료부장

제안설명자 : 총무과장

1. 제안이유

- 남원시 치매안심센터와 연계하여 2021년 신규사업으로 치매 위험자 발견을 위한 알츠하이머 치매 위험도 검사를 진행하고자 의료장비 (의료용면역발광측정장치, Diamond-C)임대 심의안을 심의 상정함

2. 주요내용

- 임대장비 사양

구분	품목명	모델명	사용부서	주 사용자	예상금액	비고
1	의료용면역발광측정장치	Diamond-C	신경과	임상병리사 1인	49,500,000원	

※ 붙임1 : 2021년 의료장비 임대요구 및 심의신청서 1부

- 임대업체

구분	법인명	대표자	주소	비고
1	동성메디칼 주식회사	홍양의	전라북도 전주시 완산구 서신천변 1길 37 (서신동)	

※ 붙임2 : 임대업체(동성메디칼 주식회사) 사업자등록증 1부

3. 심의 후 조치사항

- 의료장비심의위원회 심의 후 원장의 결재를 받아 시행하고자 함.



「불필요한 검사나 수술은 하지 않는 병원, 친절하고 설명 잘해주는 병원」

전라북도 남원의료원



수 신 내부결재

(경유)

제 목 2021년 의료장비 임대요구 및 심의신청서

1. 보건의료복지통합지원실 -184호와 관련입니다.
2. 2021년 알츠하이머 치매 위험도(혈액) 검사실시에 따른 진단검사실 의료장비 임대요구 및 심의신청서를 붙임과 같이 제출하고자 합니다.

붙임 의료장비 임대요구 및 심의 신청서 1부, 끝.

진단검사실장	배종섭	진료부장	03/25 김석기	
협조자	총무과장	김대인	관리부장	오진규
시행	진단검사실-108	(2021.03.25.)	결수	()
우 55726	전북 남원시 충정로 365		/ http://www.namwonmed.or.kr	
전화	/전송	/	/ 공개	

「 아름다운山河 품어주는 생명의 삶터, 천년 전북! 」

[별지 1호 서식] 의료장비 구매 신청서

의료장비 임대 요구 및 심의 신청서

☐ 신청부서명 :진단검사실

품명	국문	알츠하이머 치매 위험도 장비	수량	추정단가(1) ₩ 49,500,000		추정단가(2)
	영문		(1대, Set)	(\$ _____)		₩ _____ (\$ _____)
모델	순번	모델명	제조국	제조회사	국내대리점	
	1	Diamond-C	한국	Microdigital	동성메디칼	
	2					
	3					
취득구분 (해당란 ✓표시)	✓	• 대체 : 기존장비 대체 구입 - 현재 보유()대 - 장비상태 : 노후(대), 재활용()대 • 신규 : 최신품 신규 임대 • 확충 : 추가 소요에 따른 구입 - 현재 보유대수(대), 부족대수(대) - 기타()	공동 활용 가 능 성	✓	• ()과 전용	
				• 공동활용 (과)		
		• 중앙화				
		• 기 타				
설치 장소	과·실 : 진단검사실 면적 : 설치 시 타부서 협의 여부 : 신경과		용도	알츠하이머병 진단에 도움을 주는 체외진단용 의료기기		
수익/ 비용	구분		내용	산출식		
	1. 월간 진료 예상능력(건수, 환자수)		건, 명	2020년 1000명 예상		
	2. 월간 예상 수익	예상 총 수익(A)	천원			
		예상 총 비용(B)	천원			
		총 수입(A-B)	천원			
3. 추가 소요 인력(명)		명				
구입 필요성 및 규격 설명 자료	<첨 부> 1. 의료장비 활용계획서(별지 2호 서식) 2. 자체평가서(별지 3호 서식) 3. 기준사양 결정서(별지 4호 서식) 4. 특정모델 지정사유서 (특정모델 지정은 원칙적으로 불가하며, 부득이한 경우 상세한 내역이 있는 '지정사유서'를 별도 작성) 5. 의료장비 배치도(이동이 가능한 소형 장비는 제출 제외) (별지 5호 서식) 6. 국문 규격서, 관련 카다로그, 복수 견적서, 수지분석자료 7. 장비업체 기술소견서(노후 교체 또는 사용불가 장비구매 시)					
작성자	직명: 진단검사팀장 성명: 배 종 석		확인자 (부서장)	직명: 병리과장 성명: 오 소 영		
2021년 3월 24일						
의료장비 심의위원회 위원장 귀하						

[별지 2호 서식] 의료장비 활용계획서

의료장비 활용 계획서

☐ 신청부서명 : 진단검사실

구 분		내 용									
의료장비명		알츠하이머 치매 위험도 장비			구매대수	1대					
기존 유사장비 보유 현황 (추가 및 교체 시 작성)	장비명	모델명	수량	취득일자	취득금액	내용연수	미상각잔액				
구매 사유		알츠하이머병 진단에 도움을 주는 체외진단용 의료기기									
구매 필요성		남원시 치매안심센터와 연계하여 2021년 신규사업으로 치매 위험자 발견을 위한 알츠하이머 치매 위험도 검사									
운영 계획	진료상 필수 여부	선택									
	장비이용 대상자	신경과									
	예상 사용건수(월)	1000명									
	사용건수 추계 근거	Medios 통계									
인력 계획	주 사용자명(직책)	임상병리사 1명									
	소요인력계획 (해당부서)	현재					확충후				
		계	의사	간호사	의료기사	기타	계	의사	간호사	의료기사	기타
		1			1		1			1	
장비의 지속적 활용을 위한 계획		보건소와 연계사업으로 우선은 임대사업으로 진행하고 지속적으로 운영이 된다면 향후 재논의가 필요하다고 생각함 (알츠하이머 치매 위험도(혈액))									
장비구입으로 기대되는 효과											
국산품 가능 여부											
동일 장비 보유 의료기관 현황 (동일 행정구역 및 기타 지역)											

[별지 3호 서식] 의료장비 구매 자체 평가서

의료장비 임대 자체 평가서

☐ 신청 부서명 :진단검사실

☐ 신청 장비명 :알츠하이머 치매 위험도 검사기

구분	항목	의견
① 구매 시급성	- 신규 진료과 개설, 시설 확충과의 연관, 특수상황 발생에 따른 구매 시급 여부	남원시 치매 안심센터와 연계하여 2021년 신규사업으로 치매 위험자 발견을 위한 알츠하이머 치매 위험도 검사를 실시하고자 함
	- 진료 상 필수 장비 여부	치매 위험도를 검사하기 위해 필수 장비
	- 기존장비 노후도 및 유사장비 보유 (대체 가능) 여부	유사장비 없음
② 활용도 및 지속성	- 예상활용 건수 적절성 여부	월 1000명
	- 진료과 유지 가능성, 진료과장 교체나 타 장비와 호환할 경우 지속적인 사용 가능 여부	보건소와 연계사업으로 우선은 임대사업으로 진행하고 지속적으로 운영이 필요하다 판단될 경우 구매를 재논의해야한다고 생각함.
	- 여러 진료부서 공동 사용 가능 여부	신경과 연계
③ 인력 및 시설 충분성	- 의료진 확보 및 장비운영 시점의 일치 여부	2021년 4월 말 진단검사실 리모델링 끝난 이후 설치 이후 5월부터 실시 예정 (5. 17. 예상)
	- 장비 설치 공간 확보 가능 여부	2021년 4월 말 진단검사실 리모델링 끝난 이후 설치해야 공간의 확보 가능
④ 비용 효과성	- 임대가격 및 예상 유지보수 비용 적절성	적절함
	- 예상 진료수익 및 수지분석 적절성	적절함
⑤ 장비 성능 및 규격 적절성	- 장비 규격(사양) 선정의 타당성	적절함
	- 조작의 난이도 및 장비 내구성	적절함
	- 범용 사용 여부 (타 기관 사용사례)	

[별지 4호 서식] 기준사양 결정서

기준사양 결정서

- ☐ 장 비 명 : 알츠하이머 치매 위험도 검사기 ☐ 수 량 : 1대
☐ 설치장소 : 진단검사실 ☐ 사 유 : 임대
☐ 기준사양 및 비교검토

구 분	내 용	장비 구성품	사후관리
규격심의 기 준	○ 전자동 면역 측정장치 ○ CLIA 특화 (Chemiluminescence Immunoassay, 화학발광면역분석) ○ 오픈 플랫폼		(임대)
선택사유	○ 바코드 리딩 기능 ○ 병원내 인터페이스 설치 호환 가능성 ○ 정확한 병변진단이 가능한 정밀성		
기준사양(모델) 비교검토			
구 분	A	B	C
제 조 사	쥘마이크로디지털		
모 델 명	Diamond-C		
금액(천원)	49,500,000원 (장비 구매 기준)		
기준사양	측정 정밀도 : CV 0.5% 이내 암실성능 : RU 값 100 이하 액체운송정확도 : 100±1 ul 온도정확도 : ±1도		
희망모델 (○ 표시)			



사 업 자 등 록 증

(법인사업자)

등록번호 : 418-81-06465

법인명 (단 체 명) : 동성메디칼 주식회사

대 표 자 : 홍양의

개업연월일 : 1993년 01월 11일 법인등록번호 : 210111-0011818

사업장소재지 : 전라북도 전주시 완산구 서신천변1길 37(서신동)

본점소재지 : 전라북도 전주시 완산구 서신천변1길 37(서신동)


사업의종류 : ☒업태 도매업, 소매업, 서비스, 기타서비스 ☒종목 의약품, 의료기자재, 무역업, 기타의료기기, 통신기자재, 의료, 정밀및광학기기의수리, 기타서비스

발급사유 : 보유



사업자 단위 과세 적용사업자 여부 : 여() 부(✓)

전자세금계산서 전용 전자우편주소 :



2020년 03월 13일

전주세무서장



『2021년도 제1차 임시(서면)』
의료장비심의위원회 상정안건



전라북도 남원의료원
JEOLLABUK-DO NAMWON MEDICAL CENTER