

불필요한 검사나 수술은 하지 않는 병원
친절하고 설명 잘해주는 병원

2021년도 제4차 서면

2021. 6. 30.(수)

2021년도 제4차 서면 의료장비심의위원회 상정안건



|| 목 차 ||

I. 보고안건 1

1. 2021년도 제3차 서면 의료장비심의위원회 (‘21. 5. 31.) 결과 보고 3

II. 심의안건 7

1. 2021년 국고지원기능보강사업 장비변경 심의안 9

의 료 장 비 심 의 위 원 회 상 정 안

2021년도 제4차 서면 의료장비심의위원회	
제출일자	2021년 6월 30일
보고안건	제2021-10호 2021년도 제3차 서면 의료장비심의위원회 (‘21. 5. 31.) 결과 보고
심의안건	제2021-11호 2021년 국고지원기능보강사업 장비변경 심의안
비 고	「의료장비심의위원회 지침」 제2조(기능) 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다. 1. 중장기 장비 확충 계획의 수립 및 조정에 관한 사항 2. 장비 수량, 기종 선정 및 규격 결정에 관한 사항 3. 장비관리 및 활용계획에 관한 사항 4. 장비예산 심의에 관한 사항 5. 주요 장비의 결정에 관한 사항 6. 장비 심의 기준에 관한 사항 7. 그 밖에 원장이 필요하다고 인정하는 장비 운영에 필요한 사항 「의료장비심의위원회 지침」 제5조(회의)① 위원회는 정기회와 임시회로 구분하고, 정기회는 매년 1회 개최하며, 임시회는 원장, 위원장 또는 재적위원 3분의1 이상의 요구가 있을 경우에 소집한다. ② 위원회는 재적위원 3분의2 이상의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하고, 가부동수인 경우 위원장이 결정한다. ③ 회의는 공개를 원칙으로 하되, 위원장이 필요하다고 인정할 때에는 비공개로 할 수 있다. 다만, 위원회 의결을 요하는 사항 중 원장 또는 위원장이 경미하다고 인정하거나 긴급을 요한 사유가 있다고 인정하는 사항에 대하여는 서면으로 의결할 수 있다. ④ 위원장은 필요하다고 인정할 때에는 관계 직원에게 출석과 의견청취 또는 자료제출을 요구할 수 있다. ⑤ 위원회에 참석한 외부위원에게 정부 「예산 및 기금운용계획 집행지침」의 관련 규정을 준용하여 참석비를 지급할 수 있다..

I . 보고안건



의 안 번 호	제2021-10호
심의년월일	2021년 6월 30일

보 고 안 건

2021년도 제3차 서면
의료장비심의위원회 ('21. 5. 31.) 결과 보고

2021년도 제4차 서면 의료장비심의위원회 상정안건

제 출 자	김 석 기 (진료부장)
제출년월일	2021년 6월 30일

2021년도 제3차 서면 의료장비심의위원회 ('21. 5. 31.) 결과 보고

의안 번호	제2021-10호
----------	-----------

제출년월일 : 2021년 6월 30일

제출자 : 진료부장

보고자 : 총무과장

1. 보고이유

- 지난 '21. 5. 31.일에 개최한 2021년도 제3차 서면 의료장비심의위원회 상정안건에 대한 의결 후 처리결과를 보고함.

2. 보고내용

- 2021년도 제3차 서면 의료장비심의위원회 처리결과 현황

의안번호	제목(건명)	심의결정사항	처리결과
제2021-8호	2021년도 제2차 임시(서면) 의료장비심의위원회('21. 4. 7.) 결과 보고	재적위원 11명 중 10명 찬성으로 원안 접수	"원안접수" ('21. 5. 31.)
제2021-9호	의료장비(인공신장기) 임대 심의안	재적위원 11명 중 10명 찬성으로 원안 심의결정	" '21. 7. 1. 인공신장기 13대 임대" ('21. 5. 31.)

※ 붙임 : 2021년도 제3차 서면 의료장비심의위원회 ('21. 5. 31.) 결과 보고

의안 번호	제목(건명)	심의결정사항	비고																								
제2021-6호	2021년도 제3차 서면 의료장비심의위원회("21. 5. 31.) 결과 보고	< 상정내용 > ○ 2021년도 제1차 정기(서면) 의료장비심의위원회 결과 보고 <table border="1"> <tr> <th>의안 번호</th> <th>제목(건명)</th> <th>심의결정사항</th> <th>처리 결과</th> </tr> <tr> <td>제2021-6호</td> <td>2021년도 제1차 임시(서면) 의료장비심의위원회 ("21. 4. 2.) 결과 보고</td> <td>재적위원 11명 중 9명 찬성으로 원안 접수</td> <td>"원안접수" ("21. 4. 7.)</td> </tr> <tr> <td>제2021-7호</td> <td>2022 ~ 2025 기능보강 국고지원사업 (의료장비) 추진계획 심의안</td> <td>재적위원 11명 중 9명 찬성으로 원안 심의결정</td> <td>"사업계획서 제출" ("21. 4. 15.)</td> </tr> </table> < 심의결정사항 > ○ 재적위원 11명 중 10명 찬성으로 원안 접수	의안 번호	제목(건명)	심의결정사항	처리 결과	제2021-6호	2021년도 제1차 임시(서면) 의료장비심의위원회 ("21. 4. 2.) 결과 보고	재적위원 11명 중 9명 찬성으로 원안 접수	"원안접수" ("21. 4. 7.)	제2021-7호	2022 ~ 2025 기능보강 국고지원사업 (의료장비) 추진계획 심의안	재적위원 11명 중 9명 찬성으로 원안 심의결정	"사업계획서 제출" ("21. 4. 15.)													
의안 번호	제목(건명)	심의결정사항	처리 결과																								
제2021-6호	2021년도 제1차 임시(서면) 의료장비심의위원회 ("21. 4. 2.) 결과 보고	재적위원 11명 중 9명 찬성으로 원안 접수	"원안접수" ("21. 4. 7.)																								
제2021-7호	2022 ~ 2025 기능보강 국고지원사업 (의료장비) 추진계획 심의안	재적위원 11명 중 9명 찬성으로 원안 심의결정	"사업계획서 제출" ("21. 4. 15.)																								
제2021-7호	의료장비(인공신장기) 임대 심의안	< 상정내용 > ○ 인공신장투석실에서 현재 사용 중인 인공신장기의 임대기간이 만료되어 신규 인공신장기의 임대하고자 임대심의안 심의 상정 <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">품목명</th> <th colspan="3">기존임대장비</th> <th colspan="3">신규임대장비</th> <th rowspan="2">비고</th> </tr> <tr> <th>수량</th> <th>모델명</th> <th>예산금액</th> <th>수량</th> <th>모델명</th> <th>예산금액</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>인공신장기</td> <td>14대</td> <td>phoenix 230V</td> <td>장비 1대 기준 13,000,000원 (무상공급)</td> <td>13대</td> <td>5008S</td> <td>장비 1대 기준 16,990,000원 (무상공급)</td> <td></td> </tr> </table> < 심의결정사항 > ○ 재적위원 11명 중 10명 찬성으로 원안 심의결정	구 분	품목명	기존임대장비			신규임대장비			비고	수량	모델명	예산금액	수량	모델명	예산금액	1	인공신장기	14대	phoenix 230V	장비 1대 기준 13,000,000원 (무상공급)	13대	5008S	장비 1대 기준 16,990,000원 (무상공급)		
구 분	품목명	기존임대장비			신규임대장비			비고																			
		수량	모델명	예산금액	수량	모델명	예산금액																				
1	인공신장기	14대	phoenix 230V	장비 1대 기준 13,000,000원 (무상공급)	13대	5008S	장비 1대 기준 16,990,000원 (무상공급)																				

Ⅱ. 심의안건



의 안 번 호	제2021-11호
심의년월일	2021년 6월 30일

심의안전

2021년 국고지원기능보강사업 장비변경 심의안

2021년도 제4차 서면 의료장비심의위원회 상정안전

제 출 자	김 석 기 (진료부장)
제출년월일	2021년 6월 30일

2021년 국고지원기능보강사업 장비변경 심의안

의 안 번 호	제2021-11호
------------	-----------

제출년월일 : 2021년 6월 30일

제 출 자 : 진료부장

제안설명자 : 총무과장

1. 제안이유

- 2021년도 국고지원 기능보강사업과 관련하여 장비현대화 사업 DR 등 4종 4품목, 기능특성화 사업 Lumbar Traction Unit 등 1종 2품목에 대한 잔여 사업비를 국고지원기능보강사업 지침에 의거하여 추가로 의료장비를 구입하고자 심의 상정함.

2. 주요내용

- 2021년 장비현대화 사업 의료장비 장비변경
 - 장비명 : 환자개인감시장치 등 5종 5품목
 - 금 액 : 금70,700,000원 (금칠천일백칠십만원)
- 2021년 기능특성화 사업 의료장비 장비변경
 - 장비명 : 전동기립훈련기 1종 1품목
 - 금 액 : 금5,000,000원 (금오백만원)

(단위 : 원)

연번	구분	장 비 명	대수	사 용 부 서	구매 사유	예상금액	사유	비고
		계	6			75,700,000		
1	장비 현대화 사업	환자개인 감시장치 (권고 의료장비)	1	내과 내시경실	○ 현재 내과 내시경실 위내시경 전용으로 사용하는 환자개인감시장치가 부족하여 회복실에 비치한 구형 장비를 이동하며 사용 중임 ○ 대장내시경 구매와 관련하여 해당 장비 구매 시 발생한 잔여사업금으로 환자개인감시장치를 구매하고자함 ○ 일반, 수면내시경 중 SpO2, Respiration등의 주기적인 환자모니터링이 필수적임 ○ 병원인증 필수항목임	10,000,000	추가	

연번	구분	장 비 명	대수	사 용 부 서	구 매 사 유	예상금액	사유	비고
2	장비 현대화 사업	전기 수술기 (권고 의료장비)	1	내과 내시경실	○ 대장내시경 교체 시 발생한 잔여사업금으로 노후화된 기존 내과 내시경실 전기수술기를 교체하고자함. ○ 대장내시경 중 용종제거 및 출혈을 억제하며 절개가 가능함 ○ 내시경 본체의 성능이 업그레이드되어 기능을 충분히 활용하기 위하여 내시경용 전기수술기로 구매하여 활용하고자 함 ○ Endo Cut 기능이 탑재되어있음	14,000,000	교체 (11)	
3		세극등 현미경 (권고 의료장비)	1	안과	○ 현재 안과에서 사용 중인 슬릿램프는 할로겐램프를 사용하여 측정 시, 눈가에 주황빛이 남아서 사용에 불편한 부분이 있음 ○ 장비의 노후화로 인해 렌즈 및 장비에 성능이 상당히 저하되어있으며 할로겐램프의 수명이 짧아 주기적으로 외래 업무에 지장을 초래함 ○ 신규 도입하는 장비는 전안부 촬영관련 수가청구가 가능하며, LED를 사용하여 더 선명하고 반영구적인 장비활용이 가능함	19,500,000	교체 (08)	
4		혈액 응고시간 분석기 (권고 의료장비)	1	심뇌 혈관 센터	○ 항응고제인 헤파린 사용 시 출혈시간을 계산하는 장비이며 투여량 조정 및 임상적 의사 결정에 대하여 빠르고 정확하게 재현 결과를 제공함 ○ 현재 본원에는 없는 장비이며 심뇌혈관센터에서 시술 시 환자 안정성을 위하여 구매하여 측정에 사용하고자 함 ○ 심혈관중재시술등에 지속적인 활용 가능	13,200,000	신규	
5		생물안전 작업대 (권고 의료장비)	1	진단 검사 의학과	○ 생물안전작업대는 생물학적 위험으로부터 사용자를 보호하는 필수 엔지니어링 장비 ○ 업무 시에 발생하는 오염, 감염에 대한 차단 및 예방에 효과적인 장비 ○ 기존 보유중인 장비는 노후화되고 기능적으로 제한적인 부분이 있으며, 진단검사의학과 리모델링을 겸하여 확장된 업무량에 따른 효율적인 작업을 진행하고자 Class II 이상의 생물안전작업대를 확보하여야함	14,000,000	추가 (1999)	
6	기능 특성화 사업	전동기립 훈련기 (권고 의료장비)	1	물리 치료실	○ 현재 물리치료실에서 사용 중인 전동기립훈련기는 장비의 노후화로 유압부분이 지속적으로 파손되는 문제가 발생하고 있음 ○ 노후화된 장비로 환자가 치료 시 문제가 발생할 수 있으며, 속도 및 안정성을 확보하기 위하여 새로운 기립경사테이블을 도입하고자함	5,000,000	교체 (06)	

3. 심의 후 조치사항

- 의료장비심의위원회 심의 후 원장의 결재를 받아 시행하고자 함.

『2021년도 제4차 서면』
의료장비심의위원회 상정안건



전라북도 남원의료원
JEOLLABUK-DO NAMWON MEDICAL CENTER