
2026년 제1차 정기 치료재료심의위원회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2026. 9. 29. 16:00~16:25

② 회의장소 : 4층 대회의실

③ 출석위원 : 재적위원 7명 중 5명 참석

- 위원장 : 김석기
- 위 원 : 이영성, 박은미, 장재호, 최서원
- 배석자 : 수술실 이미란, 중앙공급실 이영현, 순환기내과 김난희
심사계 김미경, 경리계 이정민

④ 불참위원 : 2명

- 위 원 : 김대인, 김기남

⑤ 회의결과

- (제2026-1호) 2025년 제1차 정기 치료재료심의위원회('25. 9. 18.) 결과보고 : 출석위원 전원 찬성으로 보고 내용대로 원안 접수
- (제2026-2호) 2026년 제1차 신규 치료재료 사용 승인 심의안 : 출석위원 전원 찬성으로 원안 심의결정
- (제2026-3호) 2027년도 치료재료 사용 승인 심의안 : 출석위원 전원 찬성으로 원안 심의결정

2. 회의결과

① 제2026-1호 2025년 제1차 정기 치료재료심의위원회 (' 25. 9. 18.) 결과보고

① 안건 주요내용

- 2025년 제1차 정기 치료재료 심의위원회('25. 9. 18.) 결과보고

의안번호	제목(건명)	심의·결정사항	처리결과
제2025-4호	2025년 제1차 서면 치료재료심의위원회('25. 2. 12.) 결과보고	재적위원 7명 중 4명 동의로 원안 접수	"원안 접수" ('25. 9. 19.)
제2025-5호	2025년 제2차 신규 치료재료 사용 승인 심의안	재적위원 7명 중 4명 동의로 원안 심의 결정	전북특별자치도 다원의료원장 사용 승인 ('25. 9. 19.)
제2025-6호	2026년도 치료재료 사용 승인 심의안	재적위원 7명 중 4명 동의로 원안 심의 결정	전북특별자치도 다원의료원장 사용 승인 ('25. 9. 19.)

② 참석자 발언 요지

- (위원장 김석기) 제2026-1호 2025년 제1차 정기 치료재료심의위원회 ('25. 9. 18.) 결과보고에 대해 간사에게 제안 설명 요구
- (간사) 보고
- (위원장 김석기) 해당 안건에 대해 위원들의 다른 의견을 물음
- (위원 전원) 없음
- (위원장 김석기) 제2026-1호 2025년 제1차 정기 치료재료심의위원회 ('25. 9. 18.) 결과보고에 대한 찬성 여부 물음
- (위원 전원) 찬성
- (위원장 김석기) 제2026-1호 2025년 제1차 정기 치료재료심의위원회 ('25. 9. 18.) 결과보고는 출석위원 전원 찬성으로 보고내용 대로 원안 접수

③ 논의 결론

- (제2026-1호) 2025년 제1차 정기 치료재료심의위원회('25. 9. 18.) 결과보고 : 출석위원 전원 찬성으로 보고 내용대로 원안접수

② 제2026-2호 2026년 제1차 신규 치료재료 사용 승인 심의안

① 안전 주요내용

- 긴급으로 사용한 치료재료의 지속사용 여부
 - ▶ 심의대상 품목 : 폴리케인(Polycaine) 외 21종
- 신규치료재료의 효과성, 경제성, 적정성 검토
 - ▶ 심의대상 품목 : Trisect Rapid

② 참석자 발언 요지

- (위원장 김석기) 제2026-2호 2026년 제1차 신규 치료재료 사용 승인
심의안에 대해 간사에게 제안 설명 요구
- (간사) 제안설명
- (박은미 위원) 긴급치료재료 사용승인 신청과 신규치료재료 사용승
인 신청의 차이점 설명 요청
- (간사) 긴급치료재료는 당장 환자 진료를 위해 사용하는 품목을 사
후 승인 신청하는 내용이며, 신규치료재료는 현재 사용하지
않은 상태로 추후 사용 예정 품목을 사전에 승인 받는 절차
라고 답변
- (이영성 위원) 긴급치료재료 12번 DEMS(나잘케놀라)가 전 환자가
사용하는 건지 질의
- (이영현) 욕창예방이 필요한 환자분들에게 사용하고 있으며 검진센
터나 내시경실처럼 잠시 머무는 곳에서는 사용하지 않고
있다고 답변
- (이영성 위원) 지금 현재 들어와 있는 제품과 가격차이가 나는지 질의
- (이영현) 기존 사용제품은 산정불가 제품이고 이 제품은 환자에게
청구가 가능하다고 답변
- (장재호 위원) 기존 제품과 신규 제품의 차이 질의
- (이영현) 신규 제품에는 기존 제품과 다르게 별도의 실리콘 재질의
부착물이 있어 현재 제품에 비해 사용이 용이하다고 답변
- (위원장 김석기) 품목 9번(FLOWTRON ACS 900 GARMENT)과 13번

(엠에스릴렉싱워크2)은 거의 같은 제품으로 보이지만 차이점이 있는지 질의

- (이영현) 9번은 장비에 연결해서 쓰는 제품으로 산부인과에서 요청한 품목이고 13번은 탄력압박 스타킹으로 차이가 있다고 답변
- (이영성 위원) 9번 품목의 사용처는 어디인지 질의
- (이영현) 산후조리원 혹은 산부인과 외래에서 처방받아 사용하는 제품이라고 답변
- (위원장 김석기) 스텐트 시행 건수에 대해 질의
- (김난희) 현재 2건 내지 5건 정도 시행중이라고 답변
- (위원장 김석기) 안건에 나와 있는 것이 전부 신규 품목인지 질의
- (간사) 1번부터 21번까지는 이미 긴급으로 사용하고 사후 승인을 받는 품목이고 22번 품목은 현재 제품 공급불가 예정으로 대체품목을 선정하는 내용으로 안건 내 품목은 전부 신규품목이라고 답변
- (위원장 김석기) 21번(AIR-Q3 SUPRAGLOTTIC AIRWAY) 품목은 기존 제품이 아닌지, 응급실에서 요청한 품목인지 질의
- (이영현) 응급실과 상의하여 상정한 품목으로 이 제품은 듀오덤이 별도로 붙어 있는 제품으로 단가도 기존제품(I-GEL)보다 낮으며 사용 편의성도 더 높다고 답변
- (위원장 김석기) 제2026-2호 2026년 제1차 신규 치료재료 사용 승인 심의안에 대해 동의여부 물음
- (위원 전원) 동의
- (위원장 김석기) 제2026-2호 2026년 제1차 신규 치료재료 사용 승인 심의안은 출석위원 전원 찬성으로 원안 심의결정

③ 논의 결론

- (제2026-2호) 2026년 제1차 신규 치료재료 사용 승인 심의안 : 출석위원 전원 찬성으로 원안 심의 결정

③ 제2026-3호 2027년도 치료재료 사용 승인 심의안

① 안건 주요내용

- 신규 및 기존 사용 치료재료의 효과성, 경제성, 적정성 검토 및 2027년도 사용 승인

▶ 심의대상 품목 : 수술재료, 방사선재료, 위생재료 및 의료소모품

연번	구분	품목명	요구부서
1	수술재료	T2 Femoral Nail set 외 140종	수술실
2	방사선재료	가도비스트(7.5ml) 외 12종	영상의학실, 순환기내과
3	위생재료 및 의료소모품	VenaFlow Cuff(편측) 외 206종	수술실, 중앙공급실, 내시경실, 영상의학실, 건강증진센터, 순환기내과, 산부인과
4	순환기내과 의료소모품	Introducer Sheath, Short 외 62종	순환기내과

② 참석자 발언 요지

- (위원장 김석기) 제2026-3호 2027년도 치료재료 사용 승인 심의안에 대해 간사에게 제안 설명 요구
- (간사) 제안설명
- (위원장 김석기) 심의대상 품목은 어떻게 구성되어 있는지 질문
- (간사) 사용 중인 품목과 신규치료재료가 포함되어 있다고 답변
- (이영성 위원) 과거에 사용했지만 현재 사용하지 않는 의료소모품들에 대한 검토가 있었는지 질의
- (간사) 이번에 내역서를 작성하며 공급실 수간호사와 협의하여 일정기간 사용하지 않은 품목은 목록에서 제외하였다고 답변
- (이영성 위원) 유효기간이 도래한 품목의 처리방법 질의
- (간사) 대부분의 업체에서 유효기간 도래 품목에 대해 반품을 받아 주고 있으나 그렇지 않은 업체가 있기 때문에 월별로 적정재고량을 발주할 것을 권고하고 있다고 답변
- (이영성 위원) 제품 요구 후 쓰지 않는 병동 및 부서가 있을 수 있는데 별로 통계를 하고 있는지 질의

- (간사) 구입요청부서가 공급실, 수술실 등으로 특정되어 있고 의료용품 배부는 공급실에서 하고 있어 부서별 재고량은 경리계 자체에서는 파악하고 있지 않다고 답변
- (위원장 김석기) 안건에서 심의한 치료재료의 구입방법 질의
- (간사) 치료재료는 치료재료심의위원회 사용승인을 득한 후 군산과 통합하여 나라장터 입찰시스템을 통해 공동구매를 실시하여 구입한다고 답변
- (위원장 김석기) 제2026-3호 2027년도 치료재료 사용 승인 심의안에 대해 동의여부 물음
- (위원 전원) 동의
- (위원장 김석기) 제2026-3호 2027년도 치료재료 사용 승인 심의안은 출석위원 전원 찬성으로 원안 심의결정

③ 논의 결론

- (제2026-3호) 2027년도 치료재료 사용 승인 심의안 : 출석위원 전원 찬성으로 원안 심의 결정

이상으로 2026년도 제1차 정기 치료재료심의위원회에 상정된 의안 전부에 대하여 심의를 종료하고 위원장이 폐회를 선언하다.(16:25)

위 치료재료심의위원회 심의를 명확하게 하기 위하여 이 회의록을 작성
하고 위원장 및 위원이 다음에 기명날인(서명)하다.

2026년 9월 29일

전북특별자치도 남원의료원 치료재료심의위원회

위원장 김 석 기 (서명) 

위 원 김 대 인 (서명)

위 원 이 영 성 (서명) 

위 원 박 은 미 (서명) 

위 원 김 기 남 (서명)

위 원 장 재 호 (서명) 

위 원 최 서 원 (서명) 